



**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NG-2211AO0737**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Renfert GmbH Untere Gießwiesen 2, D-78247 Hilzingen
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Renfert GmbH Untere Gießwiesen 2, D-78247 Hilzingen
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Gasbetriebene Arbeitsmittel: Laborbrenner (2411)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Laborbrenner mit Zündbrenner und Einstellgerät (Ausführungsart: LZ-E)
<b>Modell</b> <i>model</i>	Bijou 90
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 157539 K2023 vom 30.10.2023 (GWI) Baumusterprüfung: 10/108/2411/105 vom 15.10.2010 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN 30665-1 (01.06.2021)

7028-04-AA-DE

**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.*

31.05.2025 / 23-0376-GNV

05.03.2024 Bd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Gerätekategorien</b> <i>appliance categories</i>	<b>Versorgungsdrücke</b> <i>supply pressures</i>	<b>Bestimmungsländer</b> <i>countries of destination</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
II2E3B/P	20, 50 mbar	DE	

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Bijou 90	Nennwärmebelastung (Hi): 0,66 kW	

<b>Ausführungsvariante</b> <i>type variation</i>	<b>Erläuterungen</b> <i>explanations</i>
960-0000 F	Brenner für Flüssiggas
961-0000 E	Brenner für Erdgas

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
*certified components*

<b>Registr.-Nr.</b> <i>registration no.</i>	<b>Bauteil (Produktart)</b> <i>component</i>	<b>Modell/Typ</b> <i>model/type</i>	<b>Hersteller</b> <i>manufacturer</i>
NG-5146AR0855	Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten	LOCTITE® 542/LOCTITE® 542	Henkel AG & Co. KGaA
NG-5162AN0460	Schmierstoff für Gasgeräte	Molykote® 1102/Molykote® 1102	DuPont Specialty Products GmbH & Co. KG

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
*hints of utilization / remarks*

Anschlussart: Schlauchtülle nach DIN 12898 zum Anschluss von Gasschläuchen für Laboratorien nach DIN 30664-1

DVGW